



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.31.944.Д.014091.11.09

от 27.11.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Комплекс для психофизиологического тестирования аппаратно-программный "Здоровье-
Экспресс"

изготовленная в соответствии
с ТУ 9442-033-17635079-2009

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):
см. приложение

Организация-изготовитель

ООО "Медицинские Компьютерные Системы", Россия, 124460, г.Москва, Зеленоград, проезд
4922, д.4, стр.2, Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Медицинские Компьютерные Системы", Россия, 124460, г.Москва, Зеленоград, проезд
4922, д.4, стр.2, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

экспертное заключение №10/01-3738 от 29.09.2009 г., протокол испытаний №3034 от
29.09.2009г., выд. ИЦ НИИ МТ РАМН (аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.148 от
21.09.2007г.)

№0076195

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Напряженность электрического поля частотой 50 Гц
Напряженность магнитного поля частотой 50 Гц
Эквивалентный уровень звука при работе оборудования

акрилонитрил
1,3-бутадиен
стирол
альфа-метилстирол

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

не более 0,5 кВ/м
не более 4 А/м
не более 50 дБА
мг/л
0,02
0,05
0,01
0,1

Область применения:
для использования в поликлиниках, лечебно-профилактических учреждениях, диагностических центрах

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации и требованиями российского санитарного законодательства (особые требования к заземлению, используемой электросети, размещению анализатора и т.п.). На покупные изделия (весы, ростомер, измеритель АД, электроды, компьютеры и т.п.), входящие в комплект поставки Комплекса "Здоровье-Экспресс", должны быть оформлены самостоятельные санитарно-эпидемиологические заключения. При наличии действующего Регистрационного удостоверения Росздравнадзора.

Информация, наносимая на этикетку:

наименование изделия, фирма-изготовитель, страна, назначение, рекомендации по безопасному применению.



Заключение действительно до 27.11.2014 г.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека



Н.В. Шестопалов

(Ф. И. О. Подпись)

М. П.

Бланк N 0076195



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.99.31.944 Д.014091.11.09 от 27.11.2009 г.

**Комплекс для психофизиологического тестирования аппаратно-программный
"Здоровье-Экспресс"**

СООТВЕТСТВУЕТ санитарным правилам:

СанПиН 2.1.3.1375-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров". ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 "Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях".



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека



И.И. Н.В. Шестопалов подпись печать